


G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖



調查批次：RH2024-01 檢體寄出日期：2024 年 02 月 26 日 報告截止日期：2024 年 03 月 04 日
 回收份數(比率)：25 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	14	5.6	5.6	0.36	6.4%
4	10	6.2	5.9	0.58	9.8%
All	25	5.6**	5.7	0.50	8.8%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; X_a
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	14	6.6	6.5	0.45	6.9%
4	10	6.7	6.7	0.29	4.3%
All	25	6.6**	6.6	0.44	6.7%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; X_a
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	14	14.6	14.4	0.75	5.2%
4	10	14.8	14.7	0.76	5.2%
All	25	14.6**	14.4	0.78	5.4%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; X_a
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計